FICHE TECHNIQUE

Pince de préhension crantée type « alligator »

LATEX
STERILE EO
2

➢ DISTRIBUTEUR

LIFE PARTNERS EUROPE 161 avenue Galliéni – 93170 Bagnolet Tél. : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 48 59 70 72 E-mail : life@lifeurope.com **Site Internet : www.lifeurope.com**	**Correspondant matériovigilance** Responsable qualité Tél : 01 49 88 01 01 Fax : 01 49 88 83 45 E-mail : quality@lifeurope.com

➢ INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Dénomination commerciale :

Pince de préhension crantée type « alligator »

Cette pince a été conçue pour attraper les corps étrangers ou la muqueuse digestive. Ses mors crantés accordent une excellente force de saisie et évitent de dégrader la prise.

Longueur des mors : 0,83 cm.
Ouverture maximale : 0,5 mm.

Pince avec gaine métallique, s'utilise dans un canal opérateur de 2,8 mm.

Type de cathéter	Références	CATHETER	
		Longueur (mm)	Diamètre (mm)
Gaine métallique	**WS-2418GH**	1800	2,4

Unité de commande = Quantité minimale de livraison (QML) : **1**
Type d'emballage primaire : **Sachet individuel**
Type d'emballage secondaire : **Boite cartonnée**

Produit de classe IIa - Fabriqué par Wilson Instrument (Chine) - Marquage CE accordé par le TUV, N° d'organisme : 0197- Sécurité d'utilisation, conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Consulter la notice

FICHE TECHNIQUE

Matériaux :

Mors :	Acier Inoxydable
Poignée :	ABS
Cathéter :	Acier Inoxydable

Présence de :

Latex :	❑Oui	☑Non
Produit d'origine animale :	❑Oui	☑Non
PVC :	❑Oui	☑Non
Phtalate et DEHP :	❑Oui	☑Non

Stérilité :

Stérile :	☑Oui	❑Non
Mode de stérilisation :	Oxyde d'éthylène	
Nombre d'utilisations :	Usage Unique	

Autres données :

Présence d'un code barre :	☑Oui	❑Non
Référentiel utilisé :	❑HIBC	☑GS1-128
Avec les informations :		
Référence :	☑Oui	❑Non
N° de lot :	☑Oui	❑Non
Date de péremption :	☑Oui	❑Non

Conservation :

Conditions de conservation:	Température ambiante contrôlée (10-40°C) Tenir à l'abri de la lumière et de l'humidité
Durée de péremption :	5 ans

Utilisation :

Sécurité d'utilisation : Cf. Notice

Conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Cf. Notice

Indications (destination marquage CE) : Cf. Notice

Fabricant :

Fabricant :	Wilson Instruments (SHA) Co., Ltd
Pays :	République populaire de Chine

Marquage CE :

Produit de classe IIa selon l'annexe IX de la directive 93/42/EEC.
Marquage CE accordé par TUV Rheinland, N° d'organisme : 0197
Selon la directive Européenne 93/42/CEE – Annexe V